

Santiago de Cali, Diciembre 04 de 2006

INVITACION PUBLICA NO. II-001-2006
UNION TEMPORAL CENTRO DE EXCELENCIA EN NUEVOS MATERIALES -
CENM

ADENDO No. 001

COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO: ESPECTROFOTÓMETRO PARA ANALISIS DE MUESTRAS LIQUIDAS Y SÓLIDAS, UV VISIBLE CON INFRARROJO CERCANO CON UN RANGO ENTRE 175 NM HASTA 3.300 NM.

Teniendo en cuenta que en el proceso de la Invitación Pública No. II-001-2006 en el prepliego se indicaron las especificaciones técnicas del equipo requerido en donde se describió en forma clara y correcta dicho bien a comprar, pero al hacer la transcripción en el pliego definitivo se cometió un error al describir la resolución espectral, indicando que sería de 0.49 nm en la región UV-Vis y de 0.02 nm en el rango NIR.

Se aclara que la resolución espectral correcta es la siguiente:

- Resolución espectral de <0.049 nm en la región UV-Vis y de <0.2 nm en el rango NIR.

Este Adendo forma parte integral del pliego de condiciones definitivo.

Para constancia se firma en Cali el día cuatro (4) de diciembre de 2006.

Para ser publicado en la página Web del CENTRO DE EXCELENCIA EN NUEVOS MATERIALES – CENM.

MARIA DEL PILAR MARIN
Administradora CENM